



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 апреля 2020 года № ФСР 2010/07534

На медицинское изделие

Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический для консервативного и хирургического лечения "Унилор" по ВРЖИ.941533.038ТУ

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
(АО "ЦКБА"), Россия, 644027, г. Омск, Космический пр-кт, д. 24а

Производитель

Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
(АО "ЦКБА"), Россия, 644027, г. Омск, Космический пр-кт, д. 24а

Место производства медицинского изделия

АО "ЦКБА", Россия, 644027, г. Омск, Космический пр-кт, д. 24а

Номер регистрационного досье № РД-32193/11758 от 02.04.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе



приказом Росздравнадзора от 21 апреля 2020 года № 3206
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0046781

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 апреля 2020 года № ФСР 2010/07534

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический для консервативного и хирургического лечения "Унилор" по ВРЖИ.941533.038ТУ:

- генератор ультразвуковой;
- акустический узел "АКУ";
- аппликатор для небных миндалин "АП1";
- аппликатор для уха "АП2";
- воронки для небных миндалин: "ВМ", "ВМ1", "ВМ2";
- воронки для уха: "ВУ", "ВУ1", "ВУ2", "ВУ3", "ВУ4";
- волноводы-инструменты: "А", "А1", "А2", "Б", "Б1", "Б2", "В", "В1", "Г", "Г1", "Д", "Д1", "Е", "Ж", "З", "И", "К", "К1", "К2", "Л", "М1", "Н", "Н1", "Н2", "О";
- ключ;
- приспособление "П";
- паспорт;
- методические рекомендации для врачей;
- DVD-фильм;
- упаковка.





Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0067760